

CONTROL DE QUALITAT 2on TRIMESTRE 2021

HEMATÍES LEUCORREDUÏTS DINS SOLUCIÓ ADITIVA

Paràmetres	Resultats obtinguts (mitjana±desviació estàndard)	Unitats	Valors de referència
Volum	246,45±37,87	mL/U	-
Hemoglobina	45,25±2,06	g/U	≥ 40
Hematòcrit	61,56±7,69	%	50-70
Leucocitos unidad	0,00	Leuccits/U	<10e6/U
Unitas controlades	43		

PLAQUETES RECUPERADES, MESCLA, LEUCORREDUIDES, FOTOINACTIVADES AMB RIBOFLAVINA +UV

Paràmetres	Resultats obtinguts (mitjana±desviació estàndard)	Unitats	Valors de referència
Volum	381,51±17,07	mL/U	≥200
Plaquetes	2,77E+11±8,80E+10	x10 ¹¹ /U	≥3,00
Plaquetes/Unitat equivalent	5,56±1,76	x10 ⁹ /U	≥0,6
Índex Plaquetes / Volum	1,99E+06±8,45e+05	x10 ⁹ /mL	<1,5
pH	7,37±0,30	-	>6,4
Leucocitos unidad	0±0	Leuccits/U	<10e6
Plaquetes controlades	151		

PLAQUETES AFÉRESIS LEUCORREDUIDES DINS SOLUCIÓ ADITIVA, PRE-FOTOINACTIVACIÓ AMB RIBOFLAVINA

Paràmetres	Resultats obtinguts (mitjana±desviació estàndard)	Unitats	Valors de referència
Volum	304,36±1,30	mL/U	-
Plaquetes	3,17±0,09	x10 ¹¹ /U	>2.4
pH	100%	-	>6,4
Unitats	932		

PLASMA FRESC CONGELAT

Paràmetres	Resultats obtinguts (mitjana±desviació estàndard)	Unitats	Valors de referència
Volum	310,20±83,06	mL/U	-
Prot. Totals	4,34±0,32	gr/dl	>5,0

CULTIU MICROBIOLÒGIC

Paràmetres	Resultats obtinguts Cultius realitzats	Cultiu Positiu	Cultiu Negatiu
Concentrat d'hematies	40	0%	100%
Pool Plaquetes	17	0%	100%
Plaquetes afèresis	19	0%	100%